

Fibrinogen

M: 3 ml Citratblut

N: 1,8 - 3,8 g/l

T: Thrombinzugabe (koagulometrisch nach Clauss); Testvol. 500 μ l

I: Aufdeckung und Verlaufskontrolle von Verbrauchskoagulopathien und/oder Hyperfibrinolyse.

V. a. angeborenen Fibrinogenmangel (selten)

Nachweis eines erhöhten Fibrinogenspiegels ($> 3,0$ g/l? Risikoindikator für KHK und Schlaganfall)