

**M: Fruchtwasser**

**I:** V. a. Fruchtwasserinfektion

**E:** Fruchtwasser in zwei Blutkulturflaschen (aerob + anaerob) und zusätzlich ein (steriles) Blut-/ Serumröhrchen mit ca. 2 - 5 ml füllen (Letzteres für Direktansatz und mikroskopische Beurteilung (Färbung))