

## **CA 15-3**

**M:** 1 ml Serum, oder EDTA-Plasma.  
Lipämische und hämolytische Seren  
sind ungeeignet.

**N:** bis 50 U/ml

**T:** MEIA

Proben mit Meßwerten  $> 200$  U/ml  
werden im Verdünnungsansatz analysiert.  
High-Dose-Hook-Effekt ab 20 000 U/ml

**I:** Tumormarker zur Verlaufskontrolle von  
Patientinnen mit Mammakarzinom