

## Zu Ihrer Information

**Coronavirus:**  
**Anti-SARS-CoV2 IgA, IgG, IgM**  
**M:** 1 ml Serum

**I:** Überprüfung des Immunitätsstatus und ggf. der  
Krankheitsaktivität.

### **Aussagekraft: Stand 31. März 2020**

**IgA:** Hersteller: Euroimmun

Lieferzeit: „frühestens – eventuell“ nächste Woche.

Bis zu 12% falsch positiv, „nicht als Screeningparameter geeignet“

**IgG:** Hersteller: Euroimmun

Lieferzeit: Sofort, Testkit ist im Labor.

Für aussagekräftige serologische Ergebnisse sollten 2 Patientenproben untersucht werden, eine aus der akuten (Woche 1 der Erkrankung) und eine aus der Rekonvaleszenzphase (3 bis 4 Wochen später).

**IgM:** Hersteller: Immundiagnostik

Lieferzeit: Keine Angabe (eventuell nach Ostern)

Spezifität 97%, Sensitivität 45%.